

São Paulo, 26 de outubro de 2020.

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2020**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020**  
**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO**  
**ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Coloplast do Brasil Ltda**, com estabelecida na CD - Rodovia Coronel-Pm Nelson Tranches, 1730 – Galpão 09 e 10  
– Itaquí – Itapevi – SP – CEP 06696-110, CNPJ nº 02.794.555/0004-20 – Inscrição Estadual nº 373.087.819.117

PEDIR AVALIAÇÃO ACERCA, dos termos do edital em epígrafe:

Pretende a Requerente participar do processo em epígrafe, para aquisição de material hospitalar, e se faz necessário alguns apontamentos com relação aos seguintes itens:.

- Itens 11 CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO CALIBRE CH 10 – CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, MASCULINO, CALIBRE CH 10, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO, CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO **POBE** ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, FLEXÍVEIS COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO, EMBALAGEM DEVERÁ CONTER: **SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL E MANGA DE PROTEÇÃO** PARA CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, TRANSPARENTE, COM COBERTURA ASSÉPTICA COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO E ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE DE SUPORTE. O PRODUTO DEVERÁ SER ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.

- Item 12 CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO CALIBRE CH 12 – CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, MASCULINO, CALIBRE CH 12, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO, CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO **POBE** ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, FLEXÍVEIS COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO, EMBALAGEM DEVERÁ **CONTER: SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL E MANGA DE PROTEÇÃO** PARA CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, TRANSPARENTE, COM COBERTURA ASSÉPTICA COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO E ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE DE SUPORTE. O PRODUTO DEVERÁ SER ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.

Tendo em vista o item mencionado, faz se necessario esclarecer que para o item, onde, as descrições solicitam a presença de componentes espificos (conforme grifados acima), que por consequência, restringem a participação de potenciais fornecedores que por tal detalhe ficam impossibilitados de ofertarem o produto em questão.

Em que pese o costumeiro respeito aos estudos prévios realizados por essa Comissão de Licitação, observa-se que a descrição do objeto, da forma que está, fará com que somente uma empresa concorrente possa cumprir o objeto da licitação, já que o produto, da forma descrita, somente é fornecido pela empresa **CONVATEC** apesar de existirem diversas empresas que fabricam produtos de igual ou superior qualidade

COLOPLAST DO BRASIL LTDA.

CD - Rodovia Coronel-Pm Nelson Tranches, 1730 – Galpão 09 e 10 – Itaquí – Itapevi – SP – CEP 06696-110

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael de Oliveira

CNPJ nº 02.794.555/0004-20 – Inscrição Estadual nº 373.087.819.117

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 442F-88A3-DDE2-0572.

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael de Oliveira

CNPJ nº 02.794.555/0004-20 – Inscrição Estadual nº 373.087.819.117

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 442F-88A3-DDE2-0572.

Primeiro ponto com relação ao produto em questão, vale esclarecer que por se tratar de um produto para pacientes com necessidades íntimas de saúde, lembramos a esta unidade que os últimos "Cateteres" foram fornecidos da marca Speedicath por meio de demandas judiciais, ou seja, os pacientes atendidos pelas unidades de saúde deste Município já se encontram adaptados a técnicas de cateterismo, tanto que a empresa ministrou treinamento para utilização para o cateterismo intermitente, proporcionando aos pacientes deste Município um produto pronto para uso, o que facilita a utilização e uma técnica correta principalmente para os pacientes de baixa destreza. A substituição deste item, pode ocasionar em manuseio inadequado por parte do usuário, causando dificuldades de manejo ao cateter pretendido por dificuldades na utilização do produto, bem como, infecções urinárias.

Outro ponto a se esclarecer tecnicamente é que os cateteres com revestimento hidrofílico facilitam a adesão ao procedimento uma vez que têm uma camada de polímero, que recobre sua superfície e possui alta afinidade pela água, essas características formam uma superfície deslizante que facilita a entrada do cateter na uretra. A evolução de tal tecnologia, são os conhecidos como **"cateteres prontos para uso"**, que possuem além do revestimento hidrofílico, um líquido estéril pré-embalado com o cateter, dessa forma eles **estão instantaneamente prontos para serem usados após abertura da embalagem**, diminuindo assim o ardentário e tempo para realizar o cateterismo (RIOS; AVERBECK, MADERSBACHER, 2017).

Conforme definição acima e solicitado em edital "...pronto para uso.." alertamos o produto ofertado pela empresa Convatec não apresenta tal característica, uma vez que possui sachê de água para sua ativação, assim demandando mais tempo do paciente para realização do procedimento, além de ser um agravante também aos pacientes com baixa destreza.

Por fim, é essencial em relação a necessidade de ativação, além de demandar mais tempo e mais material, é que o revestimento não se mantém uniforme. Alguns autores como (Cardenas et al.2011)<sup>2</sup>, (De Ridder et al.2005)<sup>3</sup>, (Stensballe et al.2005)<sup>4</sup>, (Pascope et al.2001)<sup>5</sup>, ressaltam a importância do revestimento uniforme e também dos orifícios polidos (outra característica que ofertado pela Convatec, não apresenta) e que reflete em minimizar o atrito uretral, com isso menor risco de trauma e hematúria, garantindo o maior nível de conforto para o paciente durante a inserção e retirada, enquanto também reduz o risco de complicações do trato urinário, além de maior conveniência para o usuário.

Assim sugerimos o descritivo para os itens, que possibilita uma maior concorrência para o item em questão:

**Sugestão de Descritivo para os itens:** "CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO CALIBRE CH 10 – CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, MASCULINO, CALIBRE CH 10, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO, CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A COM ADITIVOS HIDROFÍLICOS, FLEXÍVEIS COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO, EMBALAGEM PODERÁ OU NÃO CONTER: **SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL E MANGA DE PROTEÇÃO** PARA CATETERISMO PRECISO. EMBALAGEM SEGURA, COM COBERTURA ASSÉPTICA COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO E ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE DE SUPORTE. O PRODUTO DEVERÁ SER ESTERILIZADO

COLOPLAST DO BRASIL LTDA.

CD - Rodovia Coronel-Pm Nelson Tranches, 1730 - Galpão 09 e 10 - Itaquí - Itapevi - SP - CEP 06696-110

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael D. Oliveira nº 0004-20 - Inscrição Estadual nº 373.087.819.117

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A42F-88A8-DDE2-0572

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael D. Oliveira nº 0004-20 - Inscrição Estadual nº 373.087.819.117

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A42F-88A8-DDE2-0572

Por fim, objetivando não restringir a participação de potenciais Licitantes, visando evitar situações de desequilíbrio e aferição aos princípios da Isonomia e da Competitividade, solicitamos averiguação e possível revisões das especificações dos itens 11 e 12 ou então, confirmação da nossa participação para os itens em questão mediante as especificações apresentadas, que conforme demonstrado atendem perfeitamente em elementos práticos ao que se pretende adquirir. Tudo visando garantir a ampla competitividade e bom andamento do processo licitatório, solicitamos deferimento desta.

Coloplast do Brasil LTDA.  
Rafael de Oliveira Silva  
Gerente de Licitações e Vendas Internas  
RG 32.747.382-4  
CPF: 224.893.818-73

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael De Oliveira Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A42F-88A3-DDE2-0572.

COLOPLAST DO BRASIL LTDA.

CD - Rodovia Coronel-Pm Nelson Tranchesi, 1730 - Galpão 09 e 10 - Itaquí - Itapevi - SP - CEP 06696-110

Inscrição Estadual nº 004-20 - Inscrição Estadual nº 373.087.819.117

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael De Oliveira Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A42F-88A3-DDE2-0572.

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael De Oliveira Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A42F-88A3-DDE2-0572.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A42F-88A3-DDE2-0572> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: A42F-88A3-DDE2-0572**



### Hash do Documento

89DECA8CFF9C13A0AB1E375F3C51C786DB23587754867B308D857A395687073E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/10/2020 é(são) :

- Rafael De Oliveira Silva (Signatário) - 224.893.818-73 em  
26/10/2020 21:37 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

