



Laboratório Municipal de Análises Clínicas

Rua João Sabino de Azevedo, 373 Policlínica Bairro São Geraldo

Fone (35) 3449 4387

CNS: 2211807 Cadastro CRF 1404

Ao ilustre Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Ref.: Processo Administrativo N° 21/2020

Pregão Presencial N° 16/2020

Objeto: Contratação de empresa para locação de aparelho de Hematologia clínica com fornecimento dos insumos e acessórios para execução dos testes.

Resposta em relação aos questionamentos levantados pela empresa Scanlab Diagnóstica Ltda

1.2.1.1 EQUIPAMENTO CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS

1.2.1.6. Fazer contagem diferencial em 5 (cinco) partes, apresentando distribuição por histogramas, bem como seus valores percentuais e globais, sendo capaz de reconhecer leucócitos jovens, células morfológicamente anormais, com sinalização para o operador.

RESPOSTA: A grande maioria dos equipamentos do mercado possui esses requisitos básicos não sendo exclusividade de nenhuma empresa. Como exemplo cito abaixo algumas marcas que dispõe do solicitado em edital:

Mindray, Roche, Horiba e Abbott.

Conclusão: Manter no edital.

1.2.1.29. Reagentes livres de azida e cianeto, não podendo causar riscos de câncer e danos irreversíveis a saúde dos operadores (comprovar através de ficha FISPQ).

RESPOSTA: Os reagentes livres de azida e cianeto, não se configuram exclusividade e muito menos direcionamento a nenhuma empresa, pois é uma



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Secretaria Municipal de Saúde

questão de segurança aos operadores da máquina, visando a saúde e o bem estar do profissional envolvido, haja visto que, no passado já tivemos proposta oferecendo produtos que traziam em suas FISPQ's tal informativo.

Várias empresas possuem a restrição deste componente químico na fabricação de seus reagentes. Como exemplo cito abaixo algumas marcas que dispõem do solicitado em edital:

Mindray, Roche, Mindray e Abbott.

Conclusão: Manter no edital.

1.2.2.1. EQUIPAMENTO CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS (BACK UP).

1.2.2.2. Mínimo de 20 parâmetros.

1.2.2.4. Realizar no mínimo 60 exames / hora.

RESPOSTA: A exigência quanto a capacidade de testes por hora e parâmetros mínimos no equipamento BACK UP é de muita relevância na otimização do trabalho laboratorial, pois influencia diretamente no tempo de análises. Frisamos ainda que 20 parâmetros e 60 testes hora é o mínimo que um equipamento deverá ter para atender ao laboratório municipal, onde parâmetros maiores e maior velocidade serão aceitos sem dúvida, não configurando assim direcionamento a nenhuma empresa.

Como exemplo cito abaixo alguns modelos que dispõem do solicitado em edital:

Pentra 60 (Horiba), BC5150 (Mindray), XS1000 (Roche), entre vários outros do mercado.

Conclusão: Manter no edital.



Obs: qualquer empresa que atender ao equipamento principal, necessariamente atenderá ao equipamento de back-up, uma vez que é possível que o licitante coloque ainda dois equipamentos iguais para atender como back-up.

1.2.3.1. EQUIPAMENTO CORADOR DE LÂMINA.

1.2.3.5. Corantes livre de azida e cianeto (comprovar através de ficha FISPQ).

RESPOSTA: Os reagentes livres de azida e cianeto, não se configuram exclusividade e muito menos direcionamento a empresa citada, pois é uma questão de segurança aos operadores da máquina, visando a saúde e o bem estar do profissional envolvido.

Várias empresas possuem a restrição deste componente químico na fabricação dos kits reagente e corante como: (Abbot, Myndray, Horiba, Siemens).

Recomendação de biossegurança, tanto para o operador quanto para o meio ambiente.

Conclusão: Manter no edital.

Sendo Assim, prezados, tais alterações solicitadas pelo impugnante, Scanlab Diagnóstica Ltda, não visam a competitividade, visto que outras empresas atendem ao edital mantendo a qualidade do serviço prestado, garantindo a segurança dos profissionais envolvidos, sem a perda da qualidade dos equipamentos desejadas pelo laboratório municipal de Pouso Alegre.


Ana Paula P. Carvalho
Farmacêutica - Bioquímica
CRF/MG: 13573



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Secretaria Municipal de Saúde